



Novo Nordisk A/S
Krogshøjvej 44
DK-2880 Bagsværd
Att.: Susanne Stokkebro Bech

Virksomheder
J.nr. MST-1270-01404
Ref. jeppj/tiska
Den 10. november 2014

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ombygning af laboratorium og etablering af udendørs oplag

Miljøstyrelsen har den 24. oktober 2014 modtaget ansøgning fra Novo Nordisk A/S om ændring af et laboratorium i bygning 6BC og etablering af en udendørs oplagsplads til base, ethanol og ethanolaffald.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at ændring af et laboratorium i bygning 6BC og etablering af en udendørs oplagsplads til base, ethanol og ethanolaffald ikke giver anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Oplysninger i sagen

Novo Nordisk A/S ønsker at ændre et laboratorium i bygning 6BC og samtidig etablere en udendørs oplagsplads til base, ethanol og ethanolaffald.

Ændringerne omfatter:

1. Opgradering af ventilationsanlæg på bygning 6BC, hvor ca. 80 mindre tagventilatorer erstattes af to nye udsugningsanlæg. Novo Nordisk A/S har oplyst, at de to nye afkast får en højde ca. 4 m over tag, og at afkastluften vil indeholde en blanding af udsugningsluft fra rumventilation, stinkskebe og processugearme (punktsug). Da forbruget af opløsningsmidler i bygningen er meget lavt, er det vurderet af Novo Nordisk A/S, at de to afkast kan klassificeres som en marginal kilde (bagatelgrænse), hvorfra der emitteres mindre end 1% af den relevante massestrømsgrænse, som beskrevet i vilkår 4 i Novo Nordisk A/S' hovedgodkendelse af 20. september 2007. I henhold til vilkår 5 i Novo Nordisk A/S' hovedgodkendelse af 20. september 2007, skal Novo Nordisk A/S, hvis Miljøstyrelsens forlanger det, udføre en 1.gangs kontrolmåling af nye afkast inden for et år efter ibrugtagning. Miljøstyrelsen har vurderet, at Novo Nordisk A/S i forbindelse med ændringen skal foretage en kontrolmåling af afkastene for at sikre, at emissionen fra laboratorium 6BC

¹ Miljøministeriets lovebekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.

fortsat er under bagatelgrænsen efter samling af de eksisterende afkast til to centrale afkast.

2. Erstatning af eksisterende køleanlæg med et mere miljøvenligt køleanlæg, der placeres samme sted som det eksisterende, som står ca. 8 m syd for bygning 6BC. Det nye køleanlæg får en ammoniakfyldning på ca. 25 kg, hvilket erstatter HFC-kølemidlet R410A, som anvendes på det eksisterende anlæg. Støjpåvirkningen forventes at blive reduceret i forhold til det nuværende niveau, da det centrale udsugningsanlæg har en mindre støjbelastning end 80 tagventilatorer, og det nye køletårn har en lavere støjmission end det eksisterende. I henhold til vilkår 14 i Hovedgodkendelsen af 20. september 2007 skal Novo Nordisk A/S foretage en støjmåling og beregning til eftervisning af støjbidrag fra anlægsændringerne i omgivelserne senest 3 måneder efter anlægget er sat i drift.
3. Etablering af udendørs kemikalieoplag i containere, inkl. stikledninger i terræn hen til bygningen. Placeringen er oplyst til ca. 8 m syd for bygning 6BC, og anlægget vil bestå af tre isolerede og aflåste metal-containere med henholdsvis 2 stk. palletanke á 1 m³ med 70 % ethanol (sprit) til desinfektion mv., 2 stk. palletanke á 1 m³ med ethanolaffald til destruktions og 1 stk. palletanke á 1 m³ med ca. 25 % natriumhydroxid (NaOH). Fra hver af containerne udføres en underjordisk stikledning, hvor den inderste rørføring udføres som helsvejst rør i syrefast rustfrit stål, og den ydre rørføring udføres i svejste afløbsrør i Polypropylen. Der udarbejdes desuden en plan for videoinspektion af rørføringen.
4. Ændring af procedure for afhentning af spildevand fra kill-anlæg. Der etableres i kælderen af bygning 6BC et ca. 10 m³ stort kill-anlæg til inaktivering af GMO-holdigt spildevand. Inaktivering i kill-anlægget foregår ved pH justering med tilsætning af basen, natriumhydroxid. Tanken vil blive tømt af en tankbil.

Novo Nordisk A/S vurderer, at ændringerne vil være omfattet af den eksisterende miljøgodkendelse, og at de gældende vilkår vil kunne overholdes.

Miljøstyrelsens vurdering

På baggrund af virksomhedens oplysninger er det Miljøstyrelsens opfattelse, at den anmeldte ændring af bygning 6BC og etablering af en udendørs oplagsplads til base, ethanol og ethanolaffald ikke giver anledning til væsentlig forøget forurening.

Miljøstyrelsen vurderer desuden, at produktionen fortsat kan ske inden for vilkår i gældende miljøgodkendelse af Novo Nordisk A/S' hovedgodkendelse af 20. september 2007.

Ændringerne er således ikke godkendelsespligtige.

Klagevejledning og offentliggørelse

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet:

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal som tilgås via [Borger.dk](http://borger.dk) eller [Virk.dk](http://virk.dk). Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal være modtaget senest den 8. december 2014.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg eller e-mail aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 8. december 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Virksomheder. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.

Gebyret tilbagebetalt, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,
- 3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet.

Man kan finde en vejledning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen

Jeppe Jensen
72 54 43 16
jeppj@mst.dk

Kopi til: Gladsaxe Kommune, Att.: Katja Mesterton (katmes@gladsaxe.dk)