



Herlev Hospital
Apoteksenheden, Cytostatikaproduktionen
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev

2. november 2017
Journalnr. 163-2015-6652
CVR 29765804

Sendt på mail til:
Aldin Ugarak, aldin.ugarak@regionh.dk

Miljøtilsyn d. 1. november 2017ⁱ

Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø har d. 1. november 2017 været på miljøtilsyn hos Apoteksenheden, Cytostatikaproduktionen. Tilsynet blev gennemført af Signe Bæk-Jensen fra Herlev Kommune. Aldin Ugarak og Lisa Hartman Jensen fra Apoteksenheden viste rundt.

Tilsynet var et rutinemæssigt miljøtilsyn med en gennemgang af virksomhedens forureningskilder som affald, luftafkast og oplag af kemikalier og farligt affald.

Drift af Apoteksenheden

Apoteksenheden foretager blanding af cytostatika til brug ved behandling af patienter på Herlev Hospital. Afdelingen blander de koncentrerede stoffer med infusionsvæske til den enkelte patient i infusionssæt, der er lukkede og klar til brug. Der produceres ca. 50.000 infusionsposer årligt. Det er hovedsageligt produktion til behandlingen på Herlev Hospital. En mindre mængde sendes til Glostrup Hospital.

Virksomhedens generelle miljøforhold er beskrevet i den vedlagte tilsynskommentar.

Robot i stedet for LAF-bænk

Apoteksenheden har i dag 5 LAF-bænke mod tidligere 7. I løbet af det næste år, vil en robot blive installeret, som vil udføre arbejde svarende til en LAF-bænk. Robotten vil blive serviceret og rengjort svarende til LAF-bænkene.

Affaldshåndtering i robotten og bortskaffelse af affald fra robotten, vil foregå på samme måde som den øvrige affaldshåndtering.

Herlev Kommune vurderer ikke, at robotten vil give anledningen til ændring i forureningsgraden.

Miljøgodkendelse af 22. april 2013

Apoteksenheden har en miljøgodkendelse af 22. april 2013. I forbindelse med tilsynet blev godkendelsens vilkår gennemgået.

Ved tilsynet blev det oplyst, at procedurer for håndtering af cytostatikaspild i produktionsrummet samt procedurer for håndtering af cytostatika- og kemikalieaffald findes elektronisk i websystemet. Procedurene opdateres jævnligt, og medarbejderne får en mail med en notifikation, der skal kvitteres for, når en procedure er opdateret.

Herlev Kommune vurderer, at vilkår i godkendelsen er overholdt.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 44 52 64 55 eller sende en mail til signe.baek-jensen@herlev.dk.

Venlig hilsen

Signe Bæk-Jensen
Miljømedarbejder

ⁱ Dette brev er udarbejdet efter procedure S-04 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem, og kvalitetssikret af BLB.